

Data de nasc:	16/01/1978	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	10/12/2025 - 08/01/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA São José dos Campos, SP 12243690	Data de configuração:	25/10/2025
ID do paciente:	FELIPE ALEJANDROB...			Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J258004966C36				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
-------------------------------	---	---

Informações de aderência à terapêutica 10/12/2025 - 08/01/2026

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	10/12/2025 - 08/01/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	30 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	6 dias 6horas. 3 min. 22 segundos.
Uso máximo (1 dia)	7horas. 44 min. 48 segundos.
Média de uso (todos os dias)	5horas. 6 segundos.
Média de uso (dias de uso)	5horas. 6 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	1horas. 21 min. 12 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	80,0%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	20,0%
Tempo total com soprador	6 dias 6horas. 45 min. 35 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	9,3 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	11,2 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	12,0 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	16 segundos.
Média de IAH	3,7


Definições do Dispositivo a partir de 08/01/2026

Modo do aparelho AutoCPAP - Nenhum

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	12 cmH2O
Bloqueio Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	2
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Fixa

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

Fixo

Configuração variou

