


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		04/01/2026 - 02/02/2026
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	197 horas 25 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 35 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 35 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 36 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 02/02/2026)	996 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232881530
Modo	AutoSet
Pressão mín.	8 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.8	Percentil 95.º: 9.9	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 4.5	Percentil 95.º: 14.6	Máximo: 20.0	
Eventos por hora	IA: 0.3	IH: 0.2	IAH: 0.5	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232881530


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

