


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		05/04/2026 - 04/05/2026
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	29 dias (97%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	173 horas 20 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 47 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 47 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 3 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 04/05/2026)	1,521 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232881530
Modo	AutoSet
Pressão mín.	8 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.8	Percentil 95.º: 9.9	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 5.0	Percentil 95.º: 16.3	Máximo: 20.7	
Eventos por hora	IA: 0.3	IH: 0.1	IAH: 0.4	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232881530


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

