

SORAYA APARECIDA GARCIA TRINDADE	
NO:	AOS
MEDICO:	Dea Lira
MEDICAMENTOS:	
IMC	
CIRCUNF. DE PESCOÇO	
PA:	
OXIMETRIA:	

03/12 P= 11.4

12/21 Fuga: 28

21 IAH = 2.4

m. de uso: 6h43

Ajustar masc e também ↓ P.

fua

10/12 P= 11.4

21 Fuga: 25.

IAH = 1.4

fua

17/02 Comprei o CPAP

Bem adaptado

fua

13/04 P= 11.4

22 Fuga = 25.

IAH = 2.5

TROCO o filtro

fua

14/06 P= 10.5 cmH₂O

22 IAH = 2.6 l/min.

M. de uso: 6h30'

14/07 P= 10.4 cmH₂O

22 IAH = 1.7 l/h

M. de uso: 6h

Bem adaptada, 31 queixas

TROCO o filtro

fua

14/09 P= 9.6 cmH₂O

22 IAH = 2.3 l/h

M. de uso: 6h46'

Bem adaptado

fua

21/11 $P = 9.0 \text{ cm H}_2\text{O}$

22 IAH = 2.6 e/ev

m. de uso: 7h

Relata que na sexta-feira bebe um pouco - fua

19/01 $P = 9.1 \text{ cm H}_2\text{O}$

23 IAH = 2.4 e/ev

m. de uso: 7h20'

Fuga = 4.4 l/min.

fua.

16/03 $P = 9.6 \text{ cm H}_2\text{O}$

23 IAH = 1.6 e/ev

m. de uso: 7h5'

Fuga = 0.0 l/min

Bem adaptada /
iniciou repouso horizontal

25/05 $P = 7.2 \text{ cm H}_2\text{O}$

23 IAH = 2.0

m. de uso: 7h22'

Fuga = 0.0 l/min

Bem adaptado

fua.

24/07/23 $P = 7.6 \text{ cm H}_2\text{O}$

IAH = 0.9 e/h

m. de uso: 7h17'

fuga = 8.8 l/min

- Bem adaptada

- disposta, 100% utilizaf.

25 $P = 7.6 \text{ cm H}_2\text{O}$

09 IAH = 0.9

23 m. de uso: 7h

Fuga = 10.3

fua

18 $P = 7.2 \text{ cm H}_2\text{O}$

12 IAH = 1.2

23 m. de uso: 6:45

Fuga = 1.7

19/02 $P = 7.6 \text{ cm H}_2\text{O}$

24 IAH = 1.2 e/ev

m. de uso: 6:35

Fuga = 1.3

Bem adaptado - fua

20/05 $P = 7.2 \text{ cm H}_2\text{O}$

24 IAH = 0.9 e/ev

m. de uso: 7h

Fuga = 0.2 lpm.

fua.

31/07 $P = 7.6 \text{ cm H}_2\text{O}$

24 IAH = 0.7 e/ev

m. de uso: 7h6'

Fuga = 2.8 lpm.

Bem adapt. e trocou mais.

fua

fua.

03/10/24 $P = 7,0 \text{ cmH}_2\text{O}$ média
 $IAH = 0,7 \text{ el/h}$ Bem adaptada
m de uso: 6h58' Treco filtro
fuga: 0,9 l/m Natália

23/01/25 $P = 7,0 \text{ cmH}_2\text{O}$ (mediana)
 $IAH = 0,6 \text{ el/h}$ Bem adaptada
m de uso: 7h41' Natália
fuga: 0,2 l/m

16/04
25 $P = 7,3 \text{ cmH}_2\text{O}$
m. de uso = 7h
 $IAH = 1,1 \text{ el/h}$ fuga.
fuga = 2,8 lpm.

14/07
25 $P = 7,3 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,9 \text{ el/h}$
fuga = 0,4 lpm.
m. de uso = 7h.



DRA. LIA ALVES SCHINETSKI

DISFUNÇÃO DA ATM E ODONTOLOGIA DO SONO

CROSP 75229
Mestrado e Doutorado - UNESP
Pós Graduação em Dor - USP
Pós Graduação em Od. do Sono - UNIFESP

À fisioterapeuta,

A paciente Soraya Aparecida Trindade esteve em meu consultório com relato de bruxismo, ronco e baixa qualidade de sono, com interesse em aparelho intra-oral. Fiz solicitação de polissonografia em laboratório de sono.

Após alguns meses a paciente optou por realizar polissonografia tipo IV que dispomos em nosso consultório, da empresa Biologix. O IDO das duas noites de sono apresentou índices de severidade, por isso encaminho para avaliação de instalação de CPAP.

Estou à disposição para conversar sobre o caso clínico da paciente, caso haja necessidade.

Atenciosamente,

Dra. Lia Alves Schinetski

Dra. Lia Alves C. Schinetski

CRO 75.229

Exame do Sono Biologix

Centro credenciado

Dra. Lia Alves Schinetski - Dra. Lia Alves Schinetski

Telefone 12 3945-0395

Paciente

Nome / Soraya Aparecida Garcia Trindade
Data de nasc. 24/10/1967 (54 anos)
Sexo Feminino

Exame

Início 27/10/2021 - 01:24:32
Fim 27/10/2021 - 07:33:02
Tempo total 06:08:30 (368,5 min)
Tempo válido 06:02:41 (362,7 min)

Condições na noite do exame

- ☐ Consumo de álcool
☐ Congestão nasal
☐ Sedativos
☒ Nenhuma

Tratamentos na noite do exame

- ☐ CPAP
☐ Aparelho de avanço
☒ Nenhum

Questionário do exame

Peso e altura

Respondido em 25/10/2021

Peso 82 kg
Altura 1,59 m
IMC 32,4

Sintomas

Respondido em 25/10/2021



- ☒ Ronco alto e frequente
☐ Dificuldade para manter o sono
☐ Sono agitado
☒ Sono não reparador
☒ Sonolência ou cansaço diurno
☒ Diminuição da libido ou disfunção erétil
☒ Dificuldade de concentração
☒ Perda de memória
☐ Nenhum

Doenças associadas

Respondido em 25/10/2021

- ☐ Hipertensão arterial sistêmica
☐ Doença arterial coronária
☐ Insuficiência cardíaca
☐ Arritmia cardíaca
☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
☐ Diabetes
☐ Depressão
☐ Refluxo gastroesofágico
☐ Doença respiratória
☒ Nenhuma

Resultado



Valores de referência para o IDO

- IDO < 5 Normal
5 ≤ IDO < 15 Compatível com apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30 Compatível com apneia do sono moderada
IDO ≥ 30 Compatível com apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia tipo IV realizado no dia 27/10/2021, iniciado às 01:24 e terminado às 07:33. O tempo total de registro foi de 6h08min (368 minutos) e o tempo válido foi de 6h02min (362 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 241 dessaturações de oxigênio durante o registro. O IDO foi de 39,9/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 91% e permaneceu abaixo de 90% durante 18% do tempo de registro (67 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 87% do tempo de registro.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono acentuada (IDO 39,9/hora), nas condições descritas. O tempo com SpO₂ abaixo de 90% é compatível com dessaturação significativa.


Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

Nota: considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3 pontos percentuais no nível de saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂). Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 90% durante ao menos 5 minutos com um nadir de 85%. Os índices correspondem ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.

Exame do Sono Biologix

Oximetry (SpO₂)


Histograma SpO_2 (%) x fração do tempo



SpO ₂ mínima	77%
SpO ₂ média	91%
SpO ₂ máxima	100%
Tempo com SpO ₂ < 90%	67,3 min (18%)
Tempo com SpO ₂ < 80%	0,5 min (0%)
Número de dessaturações	241
Índice de dessat. de oxigênio (IDO)	39,9 /hora
Índice de hipoxemia noturna	0,00 /hora

Frequência Cardíaca (FC)

Histograma FC (bpm) x fração do tempo




FC mínima	61 bpm
FC média	90 bpm
FC máxima	130 bpm

Análise de ronco

Tempo de gravação	369,0 min
Tempo com ronco	321,0 min (87%)

Polissonogramas



Sensor: Oxistar -52, nº de série 02452, versão do firmware 01.006.000
Aplicativo: plataforma android, versão 2009000
Processador de exames: versão 1.91
Documento gerado em 27/10/2021 às 08:46:21 BRT

Ref.: 100-0461115FX