


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		03/11/2025 - 09/11/2025	
Dias de utilização		7/7 dias (100%)	
>= 4 horas		4 dias (57%)	
< 4 horas		3 dias (43%)	
Horas de utilização		34 horas 33 minutos	
Utilização média (total de dias)		4 horas 56 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		4 horas 56 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		4 horas 24 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 09/11/2025)		2,298 horas	
AirSense 10 AutoSet			
Número de série		22231024638	
Modo		AutoSet	
Pressão mín.		6 cmH2O	
Pressão máx.		12 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		1	
Resposta		Suave	
Terapia			
Pressão — cmH2O	Mediana: 9.4	Percentil 95.º: 10.4	Máximo: 10.6
Fugas — l/min	Mediana: 16.8	Percentil 95.º: 31.5	Máximo: 68.1
Eventos por hora	IA: 3.3	IH: 0.1	IAH: 3.4
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 1.8	Desconhecid 1.4
Índice RERA	0.8		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)			0 minutos (0%)

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231024638


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

