

Perfil do paciente

Informação do paciente

Nome do paciente: **Sra. ANDREA ALVARENGA COUTINHO DA SILVA**
Identificação do paciente:
ID de referência:
Data de Nascimento: **30 abril 1972** Idade: **53**
Sexo: **Feminino**

Informações de contacto

Endereço:
Números de telefone:
Correio electrónico:

Seguro

Seguradora: Número de sócio: Sócio desde: **14/11/2025**

Médico

Médico assistente: Centro de saúde:
Médico que encaminhou o paciente: Centro de saúde:

Informação de equipamento

Gerador de fluxo:	Número de série do gerador de fluxo:	Proprietário: Sim
	Versão de software do gerador de fluxo:	
Humidificador:	Número de série do humidificador:	Proprietário: Sim
Módulo de dados:	Número de série do módulo de dados:	Proprietário: Sim
	Versão de software do módulo de dados:	
Máscara:		
Cartão de dados: Não		

Estatísticas

05/11/2025 - 10/11/2025 Dispositivo: AirSense 10 AutoSet (S/N: 22222292573)

Parâmetros do dispositivo		
Modo de terapia: AutoSet	APE: RAMP_ONLY	Nível APE: 1,0 cmH20
Activar APE: ON	Activação paciente APE: ON	Activação subida: ON
Tempo de rampa: 5,0 Minutos	Acesso: LIGADO	Resposta: SUAVE
Pressão mínima: 4,0 cmH20	Pressão máxima: 10,0 cmH20	
Pressão - cmH20		
Mediana: 8,4	Percentil 95: 9,8	Máximo/a: 10,0
Fuga - l/min		
Mediana: 3,0	Percentil 95: 23,4	Máximo/a: 34,8
Índices respiratórios - eventos/hora		
Índice de apneia: 2,1	Índice de hipopneia: 0,2	AHI: 2,3
Obstrutiva: 0,3	Central: 1,4	Desconhecida: 0,1
Índice RERA: 0,2	% tempo em CSR: 0,0	
Utilização Total		
Dias de Uso >= 4 horas : 5	Dias de Uso < 4 horas : 1	% Dias de Uso >= 4 horas : 83
Dias de não utilização: 0	Totalidade de dias: 6	Horas de utilização: 35:22
Mediana do uso diário: 6:38	Média de uso diário: 5:53	


Estatísticas de oximetria

Gráficos em sumário


05/11/2025 - 10/11/2025

Dispositivo: AirSense 10 AutoSet (S/N: 22222292573)


Pressão




Fuga



IAH & IA



Uso



Utilização total e Cheyne-Stokes

