


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		24/12/2025 - 22/01/2026
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	27 dias (90%)	
< 4 horas	3 dias (10%)	
Horas de utilização	190 horas 41 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 21 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 21 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 42 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 22/01/2026)	509 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22242260649
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	9 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.5	Percentil 95.º: 8.8	Máximo: 8.9	
Fugas — l/min	Mediana: 5.5	Percentil 95.º: 31.9	Máximo: 46.7	
Eventos por hora	IA: 0.5	IH: 3.7	IAH: 4.2	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	1 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22242260649

Utilização (horas)

Dias de utilização **30/30 (100 %)**


>= 4 horas dias **27 (90 %)**

< 4 horas dias **3 (10 %)**

Dias sem utilização **0 (0 %)**

Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **6,4 h**




Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **46,7**

% 95.º (méd.) **31,9**

Mediana (méd.) **5,5**



Pressão (cmH2O)

Modo **AutoSet**

Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**


Definir pressão máx. **9,0**

Definir pressão mín. **6,0**

Máximo (méd.) **8,9**

% 95.º (méd.) **8,8**

Mediana (méd.) **7,5**



IAH (eventos/hora)

IAH ☐ **4.2**

IH ☐ **3.7**

IA ☐ **0.5**

IAC ☐ **0.3**

IAO ☐ **0.1**

IAD ☐ **0.1**

RERA ☐ **0.3**

%RCS (méd.) **0.3**

