


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		05/11/2025 - 10/11/2025
Dias de utilização	6/6 dias (100%)	
>= 4 horas	6 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	36 horas 12 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 2 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 2 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 23 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 10/11/2025)	1,942 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882368
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	9 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 9.0	Percentil 95.º: 11.0	Máximo: 11.4	
Fugas — l/min	Mediana: 6.8	Percentil 95.º: 19.0	Máximo: 42.4	
Eventos por hora	IA: 4.1	IH: 1.4	IAH: 5.5	
Índice de apneia	Central: 0.8	Obstrutiva: 3.1	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.5			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882368


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

