


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		03/12/2025 - 16/12/2025
Dias de utilização	14/14 dias (100%)	
>= 4 horas	11 dias (79%)	
< 4 horas	3 dias (21%)	
Horas de utilização	71 horas 56 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 8 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 8 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 23 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 16/12/2025)	71 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22242217562
Modo	CPAP
Pressão definida	9.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 8.1
Eventos por hora	IAH: 5.0

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 CPAP

NS: 22242217562


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

