


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		06/12/2025 - 04/01/2026
Dias de utilização	27/30 dias (90%)	
>= 4 horas	24 dias (80%)	
< 4 horas	3 dias (10%)	
Horas de utilização	155 horas 37 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 11 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 46 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 51 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 04/01/2026)	356 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22242217772
Modo	CPAP
Pressão definida	8.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 15.7
Eventos por hora	IAH: 2.1

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 CPAP

NS: 22242217772


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

