

ALVES, OSSIMAR

Relatório de resumo

Data de nasc: 06/08/1957

Organização:

FARIA E MATOS COMERCIO DE...

Intervalo de datas: 14/11/2025 - 04/12/2025

Referência:

Morada:

RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA

Data de configuração: 07/11/2025

ID do paciente: OSSIMAR ALVES4984...

São José dos Campos, SP 12243690

Máscara:

Telefone:

App vinculado:

Telefone:

Dispositivos: DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J37624967EACA

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA
CLAUDIA

FARIA E MATOS COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD

RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos
Campos - SP, 12243690, BRA

Informações de aderência à terapêutica 14/11/2025 - 04/12/2025

A-Flex™

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	14/11/2025 - 04/12/2025 (21 dias)
Dias com uso do aparelho	21 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	5 dias 3 horas. 3 min. 26 segundos.
Uso máximo (1 dia)	7 horas. 23 min. 10 segundos.
Média de uso (todos os dias)	5 horas. 51 min. 35 segundos.
Média de uso (dias de uso)	5 horas. 51 min. 35 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	14 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	95,2%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	4,8%
Tempo total com soprador	5 dias 3 horas. 3 min. 31 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	5,6 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	6,2 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	7,0 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	0 segundos.
Média de IAH	4,6




Definições do Dispositivo a partir de 04/12/2025

Modo do aparelho AutoCPAP - A-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	7 cmH2O
Configuração A-Flex	1
Bloqueio A-Flex	Desativado
Desativação automática	Desativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	3
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

