


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		09/03/2026 - 07/04/2026	
Dias de utilização		7/30 dias (23%)	
>= 4 horas		4 dias (13%)	
< 4 horas		3 dias (10%)	
Horas de utilização		25 horas 10 minutos	
Utilização média (total de dias)		50 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		3 horas 36 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		4 horas 10 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 07/04/2026)		4,640 horas	
AirSense 10 Elite			
Número de série		22201675283	
Modo		CPAP	
Pressão definida		7 cmH2O	
EPR		Tempo total	
Nível de EPR		1	
Terapia			
Fugas — l/min	Mediana: 1.9	Percentil 95.º: 5.3	Máximo: 34.8
Eventos por hora	IA: 0.8	IH: 0.6	IAH: 1.4
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.8	Desconhecid 0.1
Índice RERA		0.2	
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		0 minutos (0%)	

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 Elite

NS: 22201675283


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

