

Data de nasc: 27/07/1997

Organização:

FARIA E MATOS COMERCIO DE...

Intervalo de datas: 28/01/2026 - 26/02/2026

Referência:

Morada:

RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA
São José dos Campos, SP 12243690

Data de configuração: 10/04/2025

ID do paciente: NATALIAPEREIRA881...

Máscara:

Telefone:

App vinculado:

Telefone:

Dispositivos: DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J37155640D7B4

Equipa de cuidados médicosMATOS E FARIA, ANA
CLAUDIAFARIA E MATOS COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDRUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos
Campos - SP, 12243690, BRA**Informações de aderência à terapêutica** 28/01/2026 - 26/02/2026**A-Flex™****Resumo de aderência à terapêutica**

Intervalo de datas	28/01/2026 - 26/02/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	30 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	11 dias 10horas. 22 min. 27 segundos.
Uso máximo (1 dia)	11horas. 5 min. 44 segundos.
Média de uso (todos os dias)	9horas. 8 min. 44 segundos.
Média de uso (dias de uso)	9horas. 8 min. 44 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	2horas. 43 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	96,7%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	3,3%
Tempo total com soprador	11 dias 10horas. 23 min. 34 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	5,9 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	7,0 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	7,0 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	0 segundos.
Média de IAH	10,6


Definições do Dispositivo a partir de 26/02/2026

Modo do aparelho AutoCPAP - A-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	4,5 cmH ₂ O
Pressão máx.	7 cmH ₂ O
Configuração A-Flex	1
Bloqueio A-Flex	Desativado
Desativação automática	Desativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	Desativado
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	1
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

