


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		21/02/2026 - 22/03/2026
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	29 dias (97%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	179 horas 35 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 59 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 59 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 5 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 22/03/2026)	7,861 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22211129290
Modo	CPAP
Pressão definida	7.6 cmH2O
EPR	Tempo total
Nível de EPR	2

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 9.0
Eventos por hora	IAH: 0.6

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 CPAP

NS: 22211129290

Utilização (horas)

Dias de utilização **30/30 (100 %)**
>= 4 horas dias 29 (97 %)
< 4 horas dias 1 (3 %)
Dias sem utilização **0 (0 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **6,0 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**


% 95.º (méd.) 9,0



Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**
Definir EPR **Tempo total, 2.0**

Pressão definida 7,6



IAH (eventos/hora)

IAH ☐ 0.6

