


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		13/11/2025 - 15/11/2025
Dias de utilização		3/3 dias (100%)
>= 4 horas		3 dias (100%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		27 horas 1 minutos
Utilização média (total de dias)		9 horas 0 minutos
Utilização média (dias de utilização)		9 horas 0 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		9 horas 7 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 15/11/2025)		1,457 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	2222291891
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.5	Percentil 95.º: 10.0	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 11.6	Máximo: 44.0	
Eventos por hora	IA: 0.9	IH: 1.4	IAH: 2.3	
Índice de apneia	Central: 0.4	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid	0.2
Índice RERA				0.3
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291891

Utilização (horas)

Dias de utilização **3/3 (100 %)**
>= 4 horas dias **3 (100 %)**
< 4 horas dias **0 (0 %)**
Dias sem utilização **0 (0 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **9,0 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **44,0**
% 95.º (méd.) **11,6**
Mediana (méd.) **0,0**




Pressão (cmH2O)

Modo **AutoSet**
Definir EPR **Apenas rampa, 1,0**

Definir pressão máx. **10,0**
Definir pressão mín. **5,0**

Máximo (méd.) **10,0**
% 95.º (méd.) **10,0**
Mediana (méd.) **8,5**



IAH (eventos/hora)

IAH **2,3**
IH **1,4**
IA **0,9**
IAC **0,4**
IAO **0,3**
IAD **0,2**
RERA **0,3**
%RCS (méd.) **0,0**

