


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		21/11/2025 - 08/12/2025
Dias de utilização	14/18 dias (78%)	
>= 4 horas	14 dias (78%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	97 horas 51 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 26 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 59 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 31 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 08/12/2025)	647 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232881530
Modo	CPAP
Pressão definida	8.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.1	Percentil 95.º: 14.4	Máximo: 30.3	
Eventos por hora	IA: 0.2	IH: 0.2	IAH: 0.4	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.4			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232881530


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

