


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		02/02/2026 - 03/03/2026
Dias de utilização	29/30 dias (97%)	
>= 4 horas	19 dias (63%)	
< 4 horas	10 dias (33%)	
Horas de utilização	132 horas 23 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 25 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 34 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 57 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 03/03/2026)	557 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22242217666
Modo	CPAP
Pressão definida	6.6 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 2.6
Eventos por hora	IAH: 1.8

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 CPAP

NS: 22242217666


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

