


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		09/01/2026 - 07/02/2026
Dias de utilização	28/30 dias (93%)	
>= 4 horas	21 dias (70%)	
< 4 horas	7 dias (23%)	
Horas de utilização	128 horas 49 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 18 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 36 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 39 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 07/02/2026)	4,337 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221549726
Modo	AutoSet
Pressão mín.	7 cmH2O
Pressão máx.	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.7	Percentil 95.º: 7.9	Máximo: 7.9	
Fugas — l/min	Mediana: 2.5	Percentil 95.º: 21.6	Máximo: 27.2	
Eventos por hora	IA: 0.8	IH: 0.4	IAH: 1.2	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.5	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221549726


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

