

Perfil do paciente

Informação do paciente

Nome do paciente: **Sr. WOLMAR DO NASCIMENTO MATINS**
Identificação do paciente:
ID de referência:
Data de Nascimento: **29 março 1974** Idade: **51**
Sexo: **Masculino**

Informações de contacto

Endereço:
Números de telefone:
Correio electrónico:

Seguro

Seguradora: Número de sócio: Sócio desde: **09/12/2025**

Médico

Médico assistente: Centro de saúde:
Médico que encaminhou o paciente: Centro de saúde:

Informação de equipamento

Gerador de fluxo:	Número de série do gerador de fluxo:	Proprietário: Sim
	Versão de software do gerador de fluxo:	
Humidificador:	Número de série do humidificador:	Proprietário: Sim
		Proprietário: Sim
Módulo de dados:	Número de série do módulo de dados:	
	Versão de software do módulo de dados:	
Máscara:		
Cartão de dados: Não		

Estatísticas


23/06/2025 - 20/09/2025		Dispositivo: S9 AutoSet (S/N: 22151237807)
Parâmetros do dispositivo		
Modo de terapia: AutoSet	APE: RAMP_ONLY	Nível APE: 2,0 cmH20
Pressão mínima: 8,0 cmH20	Pressão máxima: 13,0 cmH20	
Pressão - cmH20		
Mediana: 10,2	Percentil 95: 12,2	Máximo/a: 12,8
Fuga - l/min		
Mediana: 24,0	Percentil 95: 46,8	Máximo/a: 60,0
Índices respiratórios - eventos/hora		
Índice de apneia: 0,6	Índice de hipopneia: 0,5	AHI: 1,1
Obstrutiva: 0,3	Central: 0,0	Desconhecida: 0,0
Utilização Total		
Dias de Uso >= 4 horas : 25	Dias de Uso < 4 horas : 18	% Dias de Uso >= 4 horas : 27
Dias de não utilização: 47	Totalidade de dias: 90	Horas de utilização: 182:24
Mediana do uso diário: 4:32	Média de uso diário: 2:01	

Gráficos em sumário


23/06/2025 - 20/09/2025

Dispositivo: S9 AutoSet (S/N: 22151237807)


Pressão



Fuga



IAH & IA



Uso

