

Visto por Carolina Belem Joroun
03/11/25

LAUDO DE POLISSONOGRAFIA DIGITAL PARA TITULAÇÃO DE CPAP

Nome: MARIA DE JESUS MACHADO				Data do Exame: 03/08/2025
Sexo: F	Idade: 77 anos	Peso: 68 Kg	Alt.: 1,50 m	IMC: 30,2 kg/m²
Médico solicitante: DRA. ANA BELEM				Exame: 01460_01
Indicação: APNÉIA DO SONO				

COMENTÁRIOS:

Exame teve início às **21:18** horas e término às **04:59** horas, com tempo total de registro de **450 min**. A latência para o início do sono foi de **4 min** (normal < 30 min) e latência para o início do sono REM foi de **342 min** (normal: 70-120 min). O tempo total de sono foi de **381 min**, com eficiência do sono de **84,6%** (normal > 85%). Os estágios do sono ficaram assim representados:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	13,1%	Até 5%
Estágio 2	72,8%	45 - 55%
Estágio 3	0,0%	> 15%
Sono REM	14,0%	20 - 25%
Eficiência do sono	84,6%	> 85%

No período total de sono permaneceu **65 minutos** acordado e ocorreram **140 despertares** (índice de **22,0 /h**; normal < 10/h), 3 associados aos eventos respiratórios.

O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de **2,2 eventos/h** (normal < 5/h), sendo **0,9 apneia/h** e **1,3 hipopneia/h**. Ocorreram 14 eventos respiratórios, sendo 0 central e 14 obstrutivos, dos quais foram 3 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 8 hipopneias, e 0 "RERAS", com índice de distúrbio respiratório (APNEIAS + HIPOPNEIAS + RERAS/TTS X 100) de **2,2/h**. O índice de apneia/hipopneia no sono REM foi **1,1/h**, sendo **1,1 apneia/h** e **0,0 hipopneia/h**. A duração média dos eventos foi de **20 seg** e a máxima de **28 seg**. A maioria dos eventos obstrutivos ocorreu em **decúbito lateral**.

A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de **92%**, a média de **95%**, a maior de **97%**, e a mínima de **85%**, permanecendo **0,5 min (0,1%)** de registro com a saturação abaixo de **90%** e **0,0 min (0,0%)** com a saturação abaixo de **80%**.

Ocorreram **26 dessaturações**, com índice (IDO) de **4,1/h**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de **52 bpm**, a maior de **61 bpm** e a menor de **49 bpm**.

O índice de movimentos periódicos de membros inferiores foi de **0,0/h**, **0,0/h** associados a despertares.

Não apresentou respiração periódica do tipo Cheyne-Stokes.

Escala de Sonolência de Epworth: **04** de 24 pontos (normal < 10)

PA INICIAL: **160x90 mmHg**

PA FINAL: **140x80 mmHg**

Exame analisado segundo os padrões do manual de estagiamento do sono (The AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events: Rules, Terminology and Technical Specifications) versão 3.0, 2023.
American Academy of Sleep Medicine. International Classification of Sleep Disorders, 3rd ed. Darien, IL: AASM, 2023.

Exame realizado para titulação de dispositivo de pressão positiva contínua (CPAP) com máscara nasal WISP RESPIRONICS com pressão variando de 6,0 a 14 cm H₂O, com 95% do registro com pressão de 13,9 e mediana de 10,3 cm H₂O, mostrando-se eficaz na correção dos eventos respiratórios obstrutivos, com abolição dos roncos e normalização da saturação da oxi-hemoglobina após os ajustes pressóricos.

COM O USO DO DISPOSITIVO DE PRESSÃO POSITIVA OBSERVOU-SE:

1. Índice de apneia/hipopneia dentro dos limites da normalidade;
2. Ausência de dessaturação significativa da oxi-hemoglobina após os ajustes do dispositivo;
3. Ronco abolido após os ajustes pressóricos;
4. Sono de eficiência no limite inferior da normalidade;
5. Latências para o início do sono preservada e para início do sono REM prolongada;
6. Redução das proporções do estágio N3 (sono de ondas lentas) e do sono REM;
7. Aumento do tempo em vigília após o início do sono, com sono fragmentado (adaptação ao CPAP);
8. Pressão de CPAP sugerida: 11 cm H₂O para pressão fixa ou de 8 a 13 cm H₂O para APAP.


Dr. LÍVIO MARTINS TEIXEIRA
Otorrinolaringologista/Médico do Sono
CRM 4460 - AM
ROE 5235/5250

CLASSIFICAÇÃO DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO EM ADULTOS¹ E CRIANÇAS E ADOLESCENTES²:

	ADULTOS	CRIANÇAS
NORMAL	< 5/h	< 1/h
GRAU LEVE	> 5/h e < 15/h	> 1/h e < 5/h
GRAU MODERADO	> 15/h e < 30/h	> 5/h e < 10/h
GRAU ACENTUADO	> 30/h	> 10/h
SpO ₂ NORMAL	> 90%	> 92%


FONTE:

- 1- HADDAD, Fernanda; BITTENCOURT, Lia. Recomendações para o Diagnóstico e Tratamento da Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono no Adulto - São Paulo: Estação Brasil, 2013
- 2- MOREIRA, Gustavo, HADDAD, Fernanda; BITTENCOURT, Lia. Recomendações para o Diagnóstico e Tratamento da Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono na Criança e no Adolescente - São Paulo: Estação Brasil, 2013

Análise do Sono

Início do exame	21:18:26 (hh:mm:ss)
Fim do exame	04:59:14 (hh:mm:ss)
Tempo total de registro (TTR)	07:30:30 (hh:mm:ss)
Tempo total de sono (TTS)	06:21:00 (hh:mm:ss)
Tempo acordado após o início do sono - WASO	65 (hh:mm:ss)
Eficiência do sono	84,6 %
Latência do sono	4 min
Latência para sono REM	342 min

Estágio	Tempo (min)	TTR (%)	TTS (%)
Vigília	69,5	15,4	
N1	50,0	11,1	13,1
N2	277,5	61,6	72,8
N3	0,0	0,0	0,0
REM	53,5	11,9	14,0



Saturação do Oxigênio

Saturação de O ₂ basal: 92%	Tempo c/ SatO ₂ < 80%: 0,0 min
Saturação de O ₂ máxima: 97%	Tempo c/ SatO ₂ < 90%: 0,5 min
Saturação de O ₂ média: 95%	Quantidade de dessaturações: 26
Saturação de O ₂ mínima: 85%	Índice de dessaturações: 4,1 / hora

Despertar

Quantidade de despertares (< 15s)	140
Índice de despertares	22,0 /hora


Movimento Periódico de Pernas (PLM)

Quantidade de PLM	0
Índice de PLM	0,0 /hora

Frequência Cardíaca

Frequência cardíaca média	52 bpm
Frequência cardíaca máxima	61 bpm
Frequência cardíaca mínima	49 bpm

Eventos Respiratórios



Eventos	Qtd	Índice (/hora)	Média (seg)	Maior (seg)	com Despertar	com Dessat	com Despertar e Dessat
Apneia	6	0,9	15,9	20,3	1	4	1
Obstrutiva	6	0,9	15,9	20,3	1	4	1
Central	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Mista	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Hipopneia	8	1,3	23,4	28,2	2	7	2
Total	14	2,2	20,2	28,2	3	11	3
RERA	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
IDR	14	2,2	20,2	28,2	3	11	3

Eventos	REM		NREM	
	Quantidade	Índice(/hora)	Quantidade	Índice(/hora)
Apneia	1	1,1	5	0,9
Obstrutiva	1	1,1	5	0,9
Central	0	0,0	0	0,0
Mista	0	0,0	0	0,0
Hipopneia	0	0,0	8	1,5
Total	1	1,1	13	2,4
RERA	0	0,0	0	0,0
IDR	1	1,1	13	2,4


Resumo dos Eventos

Eventos	Dorsal			Não Dorsal		
	Qtd	%	Índice(/hora)	Qtd	%	Índice(/hora)
Apneia	3	21,4	0,5	3	21,4	0,5
Obstrutiva	3	21,4	0,5	3	21,4	0,5
Central	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Mista	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Hipopneia	2	14,3	0,3	6	42,9	0,9
Total	5	35,7	0,8	9	64,3	1,4
RERA	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
IDR	5	35,7	0,8	9	64,3	1,4


	Qtd	Duração Total (hh:mm:ss)	Duração Média (seg)	Maior Duração (seg)	Qtd/Hora
Apneias e Hipopneias					
Apneia Obstrutiva	6	00:01:35	00:16	00:20	0,9
Hipopneia	8	00:03:07	00:23	00:28	1,3
Despertar					
Despertar	140	00:07:00	00:03	00:03	22,0
Ronco					
Ronco	2	00:00:02	00:01	00:01	0,3
Saturação da Oxihemoglobina					
Dessaturação	26	00:06:30	00:15	00:46	4,1


MARIA DE JESUS MACRADO, 01400_01

Hipnograma



Keiera - (MARIA DE JESUS MACHADO (F) 77 anos - 1,50m - Realização: 03/08/2025 - arquivos: 01460_01.DAT
Arquivo Toolbar Janelas: resumo Ferramentas Configuração Cadastro





03/08/2025 - 03/08/2025

Data nascimento: 28/07/1948

Idade: 76 anos


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização	
03/08/2025 - 03/08/2025	
Dias de utilização	1/1 dias (100%)
>= 4 horas	1 dias (100%)
< 4 horas	0 dias (0%)
Horas de utilização	7 horas 44 minutos
Utilização média (total de dias)	7 horas 44 minutos
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 44 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 44 minutos

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22201649310
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	14 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 13.3	Percentil 95.º: 13.9	Máximo: 13.9	
Fugas — Vmin	Mediana: 13.2	Percentil 95.º: 64.8	Máximo: 100.8	
Eventos por hora	IA: 2.0	IH: 2.3	IAH: 4.3	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid: 1.6	
Índice RERA				0.6
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização




Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22201649310


Utilização (horas)

Dias de utilização	1/1 (100 %)
>= 4 horas/dias	1 (100 %)
< 4 horas/dias	0 (0 %)
Dias sem utilização	0 (0 %)
Dias sem dados	0 (0 %)
Utilização/dia (méd.)	7,7 h




Fuga (l/min)

Limite definido	24,0 L/min
Máximo (méd.)	100,8
% 95.º (méd.)	64,8
Mediana (méd.)	13,2



Pressão (cmH2O)

Modo	AutoSet
Definir EPR	Desl.
Definir pressão máx.	14,0
Definir pressão mín.	6,0
Máximo (méd.)	13,9
% 95.º (méd.)	13,9
Mediana (méd.)	13,3



IAH (eventos/hora)

IAH	4,3
IH	2,3
IA	2,0
IAC	0,3
IAO	0,0
IAD	1,6
RERA	0,6
%RCS (méd.)	0,0

