



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

CLAUDINEY APARECIDO FANCIO
07/01/2026 a 05/02/2026

Paciente 6421
Idade: 1 anos
Peso: Kg
Altura: NaN
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 05/02/2026 - Pág. 1/2

Gerado por
sac@brasil.cavagnagroup.com

Relatório do Paciente



Dados do Equipamento

Máquina: YH690B-246010214
Modo: APAP
Pressão Inicial: 6 cmH2O
Pressão de terapia: 6 cmH2O
Rampa: 0 minutos
Nível de FPS: 0 cmH2O
Umidificação: Nível 3



Utilização

Dias de utilização: 18/30 dias (60%)
≥ 4 horas: 18 dias (60%)
< 4 horas: 0 dias (0%)
Horas de utilização: 122h58
Utilização média (por dia): 6h49



Terapia

Pressão (cmH2O):	Fugas (L/min):	Eventos por hora:
Mediana: 6.2	Mediana: 3.8	IA 0.17
Percentil 90.º: 6.2	Percentil 90.º: 5.8	IH 0.23
Máximo: 6.92	Máximo: 8.2	IAC 0.02
		IAH 0.40



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

CLAUDINEY APARECIDO FANCIO


07/01/2026 a 05/02/2026

Paciente: 6421
Idade: 1 anos
Peso: Kg
Altura: NaN
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 05/02/2026 - Pág. 2/2

Gerado por
sac@brasil.cavagnagroup.com


Utilização



● Uso 6h50

Valores médios dos indicadores


Fuga



● Fuga 4.10

Valores médios dos indicadores


Pressão



● Pressão APAP 6.22
● Pressão CPAP 0.00
● FPS 0.00

Valores médios dos indicadores

Eventos



● IA 0.17
● IH 0.23
● IAC 0.02
● IAH 0.4

Valores médios dos indicadores



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

Gerado por
sac@brasil.cavagnagroup.com

CLAUDINEY APARECIDO FANCIO

07/01/2026 a 05/02/2026

Paciente **6421**
Idade: **1 anos**
Peso: **Kg**
Altura: **NaN**
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 05/02/2026 - Pág. 2/2

Ronco

Ronco

5.10

Valores médios dos indicadores

