



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

Gerado por
sac@brasil.cavagnagroup.com

CLAUDINEY APARECIDO FANCIO

10/02/2026 a 11/03/2026

Paciente **6421**
Idade: **1 anos**
Peso: **Kg**
Altura: **NaN**
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 11/03/2026 - Pág. 1/2

Relatório do Paciente



Dados do Equipamento

Máquina: YH690B-246010214
Modo: APAP
Pressão Inicial: 6 cmH2O
Pressão mín: 6 cmH2O
Pressão máx: 12 cmH2O
Rampa: 0 minutos
Nível de FPS: 0 cmH2O
Umidificação: Nível 3



Utilização

Dias de utilização: 25/30 dias (83%)
≥ 4 horas: 25 dias (83%)
< 4 horas: 0 dias (0%)
Horas de utilização: 165h34
Utilização média (por dia): 6h37



Terapia

Pressão (cmH2O):	Fugas (L/min):	Eventos por hora:
Mediana: 6.2	Mediana: 4.8	IA 0.13
Percentil 90.º: 6.2	Percentil 90.º: 6.9	IH 0.23
Máximo: 6.72	Máximo: 9.5	IAC 0.00
		IAH 0.37



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

Gerado por
sac@brasil.cavagnagroup.com

CLAUDINEY APARECIDO FANCIO

10/02/2026 a 11/03/2026

Paciente 6421
Idade: 1 anos
Peso: Kg
Altura: NaN
IMC:


SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 11/03/2026 - Pág. 2/2

Utilização

Uso

6h37

Valores médios dos indicadores




Fuga

Fuga

4.87

Valores médios dos indicadores



Pressão

Pressão APAP

6.21


Pressão CPAP

0.00

FPS

0.00

Valores médios dos indicadores



Eventos

IA

0.13

IH

0.23


IAC

0

IAH

0.37

Valores médios dos indicadores





SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

Gerado por
sac@brasil.cavagnagroup.com

CLAUDINEY APARECIDO FANCIO

10/02/2026 a 11/03/2026

Paciente **6421**
Idade: **1 anos**
Peso: **Kg**
Altura: **NaN**
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 11/03/2026 - Pág. 2/2

Ronco

