

Perfil do paciente

Informação do paciente

Nome do paciente: **Sr. VALDIR JOSE DE OLIVEIRA**
Identificação do
paciente:
ID de referência:
Data de Nascimento: **10 março 1959** Idade: **66**
Sexo: **Masculino**

Informações de contacto

Endereço:
Números de telefone:
Correio electrónico:

Seguro

Seguradora: Número de sócio: Sócio desde: **10/11/2025**

Médico

Médico assistente: Centro de saúde:
Médico que encaminhou o paciente: Centro de saúde:

Informação de equipamento

Gerador de fluxo:	Número de série do gerador de fluxo:	Proprietário: Sim
	Versão de software do gerador de fluxo:	
Humidificador:	Número de série do humidificador:	Proprietário: Sim
Módulo de dados:	Número de série do módulo de dados:	Proprietário: Sim
	Versão de software do módulo de dados:	
Máscara:		
Cartão de dados: Não		

Estatísticas

20/11/2025 - 10/12/2025 Dispositivo: AirSense 10 AutoSet (S/N: 22251572076)

Parâmetros do dispositivo		
Modo de terapia: AutoSet	APE: FULL_TIME	Nível APE: 1,0 cmH20
Activar APE: OFF	Activação paciente APE: OFF	Activação subida: OFF
Tempo de rampa: 5,0 Minutos	Acesso: LIGADO	Resposta: SUAVE
Pressão mínima: 6,0 cmH20	Pressão máxima: 15,0 cmH20	
Pressão - cmH20		
Mediana: 8,8	Percentil 95: 10,8	Máximo/a: 11,5
Fuga - l/min		
Mediana: 12,0	Percentil 95: 32,4	Máximo/a: 39,6
Índices respiratórios - eventos/hora		
Índice de apneia: 1,3	Índice de hipopneia: 1,5	AHI: 2,8
Obstrutiva: 0,1	Central: 0,9	Desconhecida: 0,0
Índice RERA: 0,8	% tempo em CSR: 0,0	
Utilização Total		
Dias de Uso >= 4 horas : 21	Dias de Uso < 4 horas : 0	% Dias de Uso >= 4 horas : 100
Dias de não utilização: 0	Totalidade de dias: 21	Horas de utilização: 176:51
Mediana do uso diário: 8:22	Média de uso diário: 8:25	


Estatísticas de oximetria

Gráficos em sumário


20/11/2025 - 10/12/2025

Dispositivo: AirSense 10 AutoSet (S/N: 22251572076)


Pressão




Fuga



IAH & IA



Uso



Utilização total e Cheyne-Stokes

