

Perfil do paciente

Informação do paciente

Nome do paciente: **Sr. INES TERESINHA MADRIL**
Identificação do
paciente:
ID de referência:
Data de Nascimento: **6 abril 1967** Idade: **58**
Sexo: **Feminino**

Informações de contacto

Endereço:
Números de telefone:
Correio electrónico:

Seguro

Seguradora: Número de sócio: Sócio desde: **21/11/2025**

Médico

Médico assistente: Centro de saúde:
Médico que encaminhou o paciente: Centro de saúde:

Informação de equipamento

Gerador de fluxo:	Número de série do gerador de fluxo:	Proprietário: Sim
	Versão de software do gerador de fluxo:	
Humidificador:	Número de série do humidificador:	Proprietário: Sim
Módulo de dados:	Número de série do módulo de dados:	Proprietário: Sim
	Versão de software do módulo de dados:	
Máscara:		
Cartão de dados: Não		

Estatísticas


14/01/2026 - 12/02/2026		Dispositivo: S9 AutoSet (S/N: 22131259122)
Parâmetros do dispositivo		
Modo de terapia: AutoSet	APE: RAMP_ONLY	Nível APE: 1,0 cmH20
Pressão mínima: 5,0 cmH20	Pressão máxima: 8,6 cmH20	
Pressão - cmH20		
Mediana: 8,5	Percentil 95: 8,5	Máximo/a: 8,5
Fuga - l/min		
Mediana: 0,0	Percentil 95: 4,2	Máximo/a: 12,0
Índices respiratórios - eventos/hora		
Índice de apneia: 1,5	Índice de hipopneia: 0,2	AHI: 1,7
Obstrutiva: 1,1	Central: 0,4	Desconhecida: 0,0
Utilização Total		
Dias de Uso >= 4 horas : 28	Dias de Uso < 4 horas : 2	% Dias de Uso >= 4 horas : 93
Dias de não utilização: 0	Totalidade de dias: 30	Horas de utilização: 166:58
Mediana do uso diário: 5:43	Média de uso diário: 5:33	

Gráficos em sumário


14/01/2026 - 12/02/2026

Dispositivo: S9 AutoSet (S/N: 22131259122)


Pressão




Fuga



IAH & IA



Uso



Utilização Total

