


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		21/11/2025 - 27/11/2025
Dias de utilização	7/7 dias (100%)	
>= 4 horas	7 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	42 horas 41 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 6 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 6 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 42 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 27/11/2025)	3,827 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222292573
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.4	Percentil 95.º: 9.9	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 0.9	Percentil 95.º: 8.7	Máximo: 18.9	
Eventos por hora	IA: 2.6	IH: 0.5	IAH: 3.1	
Índice de apneia	Central: 1.4	Obstrutiva: 1.2	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.8			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22222292573

Utilização (horas)

Dias de utilização **7/7 (100 %)**


>= 4 horas dias **7 (100 %)**

< 4 horas dias **0 (0 %)**

Dias sem utilização **0 (0 %)**

Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **6,1 h**




Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **18,9**

% 95.º (méd.) **8,7**

Mediana (méd.) **0,9**



Pressão (cmH2O)

Modo **AutoSet**

Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**


Definir pressão máx. **10,0**

Definir pressão mín. **4,0**

Máximo (méd.) **10,0**

% 95.º (méd.) **9,9**

Mediana (méd.) **8,4**



IAH (eventos/hora)

IAH **3.1**

IH **0.5**

IA **2.6**

IAC **1.4**

IAO **1.2**

IAD **0.0**

RERA **0.8**

%RCS (méd.) **0.0**

