


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		28/11/2025 - 10/12/2025
Dias de utilização	13/13 dias (100%)	
>= 4 horas	12 dias (92%)	
< 4 horas	1 dias (8%)	
Horas de utilização	71 horas 29 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 30 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 30 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 36 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 10/12/2025)	3,898 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222292573
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	8.2 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Suave

Terapia						
Pressão — cmH2O	Mediana:	7.5	Percentil 95.º:	8.2	Máximo:	8.2
Fugas — l/min	Mediana:	0.5	Percentil 95.º:	7.3	Máximo:	12.9
Eventos por hora	IA:	3.7	IH:	0.8	IAH:	4.5
Índice de apneia	Central:	1.8	Obstrutiva:	1.9	Desconhecid	0.0
Índice RERA						0.9
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)					2 minutos (1%)	

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22222292573

Utilização (horas)

Dias de utilização **13/13 (100 %)**


>= 4 horas dias **12 (92 %)**

< 4 horas dias **1 (8 %)**

Dias sem utilização **0 (0 %)**

Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **5,5 h**




Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **12,9**

% 95.º (méd.) **7,3**

Mediana (méd.) **0,5**



Pressão (cmH2O)

Modo **AutoSet**

Definir EPR **Desl.**


Definir pressão máx. **8,2**

Definir pressão mín. **4,0**

Máximo (méd.) **8,2**

% 95.º (méd.) **8,2**

Mediana (méd.) **7,5**



IAH (eventos/hora)

IAH **4.5**

IH **0.8**

IA **3.7**

IAC **1.8**

IAO **1.9**

IAD **0.0**

RERA **0.9**

%RCS (méd.) **0.8**

