


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		25/11/2025 - 01/12/2025
Dias de utilização	7/7 dias (100%)	
>= 4 horas	5 dias (71%)	
< 4 horas	2 dias (29%)	
Horas de utilização	29 horas 4 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 9 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 9 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 40 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 01/12/2025)	3,603 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222291886
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.1	Percentil 95.º: 8.4	Máximo: 9.0	
Fugas — l/min	Mediana: 0.7	Percentil 95.º: 9.6	Máximo: 15.3	
Eventos por hora	IA: 1.8	IH: 0.4	IAH: 2.2	
Índice de apneia	Central: 1.1	Obstrutiva: 0.6	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.6			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291886


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

