


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		02/02/2026 - 08/02/2026
Dias de utilização	4/7 dias (57%)	
>= 4 horas	3 dias (43%)	
< 4 horas	1 dias (14%)	
Horas de utilização	25 horas 29 minutos	
Utilização média (total de dias)	3 horas 38 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 22 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 55 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 08/02/2026)	2,953 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222292555
Modo	CPAP
Pressão definida	6.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.6	Percentil 95.º: 9.9	Máximo: 20.4	
Eventos por hora	IA: 0.9	IH: 1.5	IAH: 2.4	
Índice de apneia	Central: 0.7	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222292555


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

