

Relatório de adesão ao tratamento

Utilização

29/12/2025 - 27/01/2026

Dias de utilização		22/30 dias (73%)	
>= 4 horas		21 dias (70%)	
< 4 horas		1 dias (3%)	
Horas de utilização		162 horas 47 minutos	
Utilização média (total de dias)		5 horas 26 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		7 horas 24 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		7 horas 16 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 27/01/2026)		2,902 horas	


AirSense 10 AutoSet

Número de série		22222292555	
Modo		AutoSet	
Pressão mín.		4 cmH2O	
Pressão máx.		7 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		1	
Resposta		Suave	

Terapia

Pressão — cmH2O	Mediana: 6.6	Percentil 95.º: 7.0	Máximo: 7.0
Fugas — l/min	Mediana: 2.2	Percentil 95.º: 8.2	Máximo: 15.7
Eventos por hora	IA: 0.4	IH: 0.9	IAH: 1.3
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid 0.0
Índice RERA	0.2		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		0 minutos (0%)	

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222292555

Utilização (horas)

Dias de utilização **22/30 (73 %)**
>= 4 horas dias **21 (70 %)**
< 4 horas dias **1 (3 %)**
Dias sem utilização **8 (27 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **7,4 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **15,7**
% 95.º (méd.) **8,2**
Mediana (méd.) **2,2**




Pressão (cmH2O)

Modo **AutoSet**
Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Definir pressão máx. **7,0**
Definir pressão mín. **4,0**

Máximo (méd.) **7,0**
% 95.º (méd.) **7,0**
Mediana (méd.) **6,6**



IAH (eventos/hora)

IAH **1.3**
IH **0.9**
IA **0.4**
IAC **0.3**
IAO **0.1**
IAD **0.0**
RERA **0.2**
%RCS (méd.) **0.0**

