

Relatório de diagnóstico

Detalhes da gravação

16/11/2025

Dispositivo	ApneaLink Air		Tipo:	III
Gravação	Início: 12:15am	Fim: 7:49am	Duração - h:	7:34
Tempo monitor. (fluxo)	Início: 12:25am	Fim: 7:47am	Duração - h:	7:15
Avaliação saturação O2	Início: 12:25am	Fim: 7:49am	Duração - h:	7:23

Estatísticas



Índice de eventos	IER (IAH): 9.1	IA: 0.3	IH: 8.8
Supina	Tempo - h: 7:15	Porcentagem: 99.9	
	IER (IAH): 9.1	IA: 0.3	IH: 8.8
Não-supina	Tempo - h: 0:00	Porcentagem: 0.1	
	IER (IAH): 0.0	IA: 0.0	IH: 0.0
Em pé	Tempo - h: 0:00	Porcentagem: 0.0	
	IER (IAH): 0.0	IA: 0.0	IH: 0.0
Eventos totais	Apneias: 2	Hipopneias: 64	
AI	Obstrutiva: 0.1	Central: 0.1	Mista: 0.0
			Não classificado: 0.0
Resp. Cheyne-Stokes	Tempo - h: 0:00	Porcentagem: 0	
Dessaturação de oxigênio	IDO: 12.8	Total: 95	
% Saturação de oxigênio	Valor inicial: 98	Média: 96	Mais baixo: 89
Satur. O2 - %tempo aval.	Sat. <=90%: 0	Sat. <=85%: 0	Sat. <=80%: 0
	Sat. <=88%: 0	Tempo<=88%-h: 0:00	
Respirações	Total: 7337	Média/minuto: 16.8	Ronco: 434
Pulso - bpm	Mín.: 44	Média: 54	Máx.: 96

Orient. análises: **AASM 2012, Classificação automática**

Apneia[10%; 10 s; 80 s; 1,0 s; 20%; 60%; 8%]; Hipopneia[70%; 10 s; 100 s; 1,0 s]; Ronco[6,0%; 0,3 s, 3,5 s; 0,5 s]; Dessaturação [3,0%]; RCS[0,5]. Sensor Airflow e sensor de esforço respiratório: transdutor de pressão. As hipopneias foram classificadas apenas se tiver havido dados de oximetria válidos.

Gráficos

