

DADOS DO PACIENTE

Nome: JOAQUIM RODRIGUES Telefone: —
Identificação Paciente: — E-mail: —
Data de Nascimento: 06 nov 1950 Sexo: —

Médico: — Telefone: —

Média de IAH: **1,0** Média de Utilização (h:min): **7:33** Adesão Tto.*: **100 %** * Últimos 30 Dias
% noites de utilização CPAP ≥4 horas a partir de 01 nov 2025

EQUIPAMENTOS

EM 30 nov 2025

Modelo: SleepStyle Auto Umidif.: 3,0
Nº de Série: 210129680 Alívio Expiratório: 2 cmH₂O
Modo: Auto SensAwake: Ligado
Pressão Mín. Ajustada: 6,0 cmH₂O Pressão do SensAwake: 6,0 cmH₂O
Pressão Máx. Ajustada: 14,0 cmH₂O



ADESÃO AO TRATAMENTO

PERÍODO DE 30 DIAS

01 nov 2025 - 30 nov 2025

INÍCIO DA TERAPIA

31 ago 2021 - 30 nov 2025

Total de Dias:

Utilização: 30 (100 %) 1550 (100 %)
Utilização >= 4 horas: 30 (100 %) 1548 (100 %)
Não Utilizado: 0 (0 %) 3 (0 %)

Média de Utilização (Dias em Terapia):

7:33 7:42

Média de Utilização (Todos os Dias):

7:33 7:41

Total Func.: 227:00 11960:30

EFICÁCIA**

IAH: 1,0 Duração das Apneias: 11 s IAC: 0,2
Pressão: 6 cmH₂O Pressão de 90º Percentil: 6 cmH₂O À Pressão Máxima: 0 %
Vazamento do Sistema: 23 L/min Vazamento no 90º Percentil: 34 L/min Vazamento Alto: 0 %
Nº de Ativações do SensAwake: 6 por noite SensAwake Ligado: 100 %


AMBIENTE

Temperatura Ambiente: 25 °C

UTILIZAÇÃO

Horas

Média: 7:33
Dias de Utilização: 100 %
Total Func.
Total de Utilização
Utilização <4 h
Umídif.



DADOS DO PACIENTE

Nome:	JOAQUIM RODRIGUES	Telefone:	—
Identificação Paciente:	—	E-mail:	—
Data de Nascimento:	06 nov 1950	Sexo:	—


IAH

Eventos por hora

IAH:	1,0
IAC:	0,2
IAO:	0,1
IH:	0,7

IAH Total

IAH = 5



PRESSÃO

cmH₂O


Média:	6,0
90º Percentil:	6,0

Média

90º Percentil

Pressão Máxima Atingida

Mín / Máx



VAZAMENTO SIST.


l/min

Média:	23
90º Percentil:	34

Média

90º Percentil

Vazamento Alto



UTILIZAÇÃO

Horas


Média:	7:33
Dias de Utilização:	100 %

Total Func.

Total de Utilização

Utilização <4 h

Umidif.



RESUMO DA ADESÃO AO TRATAMENTO

Nome: JOAQUIM RODRIGUES Telefone: —
Identificação Paciente: — E-mail: —
Data de Nascimento: 06 nov 1950 Sexo: —

Histórico de Prescrições




24 nov 2025

seg 24 nov 2025 22:38 -
ter 25 nov 2025 06:02

Nome: JOAQUIM RODRIGUES Telefone: —
Identificação Paciente: — E-mail: —
Data de Nascimento: 06 nov 1950 Sexo: —


TEMPO FUNC.

Total Func.: 7:24
% de Utilização: 100 %



EVENTOS


IAH: 2,1
Apneia obstrutiva: 0
IAO: 0,0
Hipopneias: 13
IH: 1,8
Apneias centrais: 2
IAC: 0,3
Limitações de Fluxo: 0
Limitações de Fluxo (/h): 0,0
SensAwake-Total: 9
SensAwake (/h): 1,2



PRESSÃO

cmH₂O


Mediana: 6,0
90º Percentil: 7,0
Tempo de Rampa
Min / Máx



VAZAMENTO SIST.

l/min

Mediana: 25
90º Percentil: 40
Vazamento Alto*: 0 %



TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO


P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	0	0	384	20	18	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	2	5	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25 nov 2025
ter 25 nov 2025 22:38 -
qua 26 nov 2025 05:50

Nome: JOAQUIM RODRIGUES Telefone: —
Identificação Paciente: — E-mail: —
Data de Nascimento: 06 nov 1950 Sexo: —


TEMPO FUNC.

Total Func.: 7:12
% de Utilização: 100 %




EVENTOS

IAH: 0,2
Apneia obstrutiva: 1
IAO: 0,1
Hipopneias: 1
IH: 0,1
Apneias centrais: 0
IAC: 0,0
Limitações de Fluxo: 0
Limitações de Fluxo (/h): 0,0
SensAwake-Total: 6
SensAwake (/h): 0,8




PRESSÃO

cmH₂O
Mediana: 6,0
90º Percentil: 6,0
Tempo de Rampa
Min / Máx



VAZAMENTO SIST.

l/min
Mediana: 21
90º Percentil: 30
Vazamento Alto*: 0 %




TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	0	0	426	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26 nov 2025
qua 26 nov 2025 22:32 -
qui 27 nov 2025 06:02


Nome: JOAQUIM RODRIGUES Telefone: —
Identificação Paciente: — E-mail: —
Data de Nascimento: 06 nov 1950 Sexo: —

TEMPO FUNC.




EVENTOS

IAH: 0,6
Apneia obstrutiva: 0
IAO: 0,0
Hipopneias: 2
IH: 0,3
Apneias centrais: 2
IAC: 0,3
Limitações de Fluxo: 0
Limitações de Fluxo (/h): 0,0
SensAwake-Total: 7
SensAwake (/h): 0,9




PRESSÃO

cmH₂O
Mediana: 6,0
90º Percentil: 6,0
Tempo de Rampa
Min / Máx



VAZAMENTO SIST.

l/min
Mediana: 24
90º Percentil: 36
Vazamento Alto*: 0 %



TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	0	0	440	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


27 nov 2025

qui 27 nov 2025 23:16 -
sex 28 nov 2025 05:52

Nome: JOAQUIM RODRIGUES Telefone: —
Identificação Paciente: — E-mail: —
Data de Nascimento: 06 nov 1950 Sexo: —


TEMPO FUNC.

Total Func.: 6:36
% de Utilização: 100 %




EVENTOS

IAH: 0,5
Apneia obstrutiva: 2
IAO: 0,3
Hipopneias: 0
IH: 0,0
Apneias centrais: 1
IAC: 0,2
Limitações de Fluxo: 0
Limitações de Fluxo (/h): 0,0
SensAwake-Total: 2
SensAwake (/h): 0,3




PRESSÃO

cmH₂O
Mediana: 6,0
90º Percentil: 6,0
Tempo de Rampa
Min / Máx



VAZAMENTO SIST.

l/min
Mediana: 21
90º Percentil: 24
Vazamento Alto*: 0 %



TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	0	0	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


28 nov 2025

sex 28 nov 2025 22:45 -
sáb 29 nov 2025 07:40

Nome: JOAQUIM RODRIGUES Telefone: —
Identificação Paciente: — E-mail: —
Data de Nascimento: 06 nov 1950 Sexo: —


TEMPO FUNC.

Total Func.: 8:48
% de Utilização: 100 %




EVENTOS

IAH: 0,2
Apneia obstrutiva: 1
IAO: 0,1
Hipopneias: 1
IH: 0,1
Apneias centrais: 0
IAC: 0,0
Limitações de Fluxo: 1
Limitações de Fluxo (/h): 0,1
SensAwake-Total: 8
SensAwake (/h): 0,9




PRESSÃO

cmH₂O
Mediana: 6,0
90º Percentil: 6,0
Tempo de Rampa
Min / Máx



VAZAMENTO SIST.

l/min
Mediana: 29
90º Percentil: 40
Vazamento Alto*: 0 %



TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	0	0	520	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


29 nov 2025

sáb 29 nov 2025 22:59 -
dom 30 nov 2025 08:11

Nome: JOAQUIM RODRIGUES Telefone: —
Identificação Paciente: — E-mail: —
Data de Nascimento: 06 nov 1950 Sexo: —


TEMPO FUNC.

Total Func.: 9:00
% de Utilização: 100 %




EVENTOS

IAH: 0,2
Apneia obstrutiva: 0
IAO: 0,0
Hipopneias: 1
IH: 0,1
Apneias centrais: 1
IAC: 0,1
Limitações de Fluxo: 0
Limitações de Fluxo (/h): 0,0
SensAwake-Total: 5
SensAwake (/h): 0,6




PRESSÃO

cmH₂O
Mediana: 6,0
90º Percentil: 6,0
Tempo de Rampa
Min / Máx



VAZAMENTO SIST.

l/min
Mediana: 27
90º Percentil: 37
Vazamento Alto*: 0 %



TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	0	0	536	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


30 nov 2025

dom 30 nov 2025 23:03 -
seg 01 dez 2025 06:15

Nome: JOAQUIM RODRIGUES Telefone: —
Identificação Paciente: — E-mail: —
Data de Nascimento: 06 nov 1950 Sexo: —


TEMPO FUNC.

Total Func.: 7:12
% de Utilização: 100 %




EVENTOS

IAH: 0,8
Apneia obstrutiva: 1
IAO: 0,1
Hipopneias: 1
IH: 0,1
Apneias centrais: 4
IAC: 0,6
Limitações de Fluxo: 0
Limitações de Fluxo (/h): 0,0
SensAwake-Total: 5
SensAwake (/h): 0,7




PRESSÃO

cmH₂O
Mediana: 6,0
90º Percentil: 6,0
Tempo de Rampa
Min / Máx



VAZAMENTO SIST.

l/min
Mediana: 30
90º Percentil: 36
Vazamento Alto*: 0 %



TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	0	0	422	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANÁLISE DE 30 DIAS

Nome: JOAQUIM RODRIGUES Telefone: —
Identificação Paciente: — E-mail: —
Data de Nascimento: 06 nov 1950 Sexo: —

Data	Modo	Pressão Ajustada (cmH ₂ O)	Umidif.	Ativações da Rampa	Tempo Func. (h:min)	Tempo de Utilização (h:min)	IAH	IAC	Ativações do SensAwake	Pressão do SensAwake (cmH ₂ O)	Alívio Expiratório	Pressão de 90º Percentil (cmH ₂ O)	Pressão Máx Atingida (cmH ₂ O)	Vazamento no 90º Percentil (L/min)
01 nov 2025	Auto	Mín. 6,0 Máx. 14,0	3,0	0	8:06	8:06	0,8	0,4	6	6,0	2	6,0	7,0	33
02 nov 2025	Auto	Mín. 6,0 Máx. 14,0	3,0	0	7:30	7:30	0,4	0,1	8	6,0	2	6,0	7,0	33
03 nov 2025	Auto	Mín. 6,0 Máx. 14,0	3,0	0	7:18	7:18	1,5	0,1	6	6,0	2	7,0	10,0	34
04 nov 2025	Auto	Mín. 6,0 Máx. 14,0	3,0	0	6:42	6:42	0,5	0,2	7	6,0	2	6,0	7,0	26
05 nov 2025	Auto	Mín. 6,0 Máx. 14,0	3,0	0	7:00	7:00	3,3	0,3	7	6,0	2	7,5	14,0	30
06 nov 2025	Auto	Mín. 6,0 Máx. 14,0	3,0	0	7:00	7:00	1,9	0,9	6	6,0	2	6,0	8,5	26
07 nov 2025	Auto	Mín. 6,0 Máx. 14,0	3,0	0	7:36	7:30	0,5	0,5	8	6,0	2	6,0	6,0	33
08 nov 2025	Auto	Mín. 6,0 Máx. 14,0	3,0	0	8:24	8:24	0,1	0,0	9	6,0	2	6,0	7,0	29
09 nov 2025	Auto	Mín. 6,0 Máx. 14,0	3,0	0	8:00	8:00	0,0	0,0	6	6,0	2	6,0	7,0	39
10 nov 2025	Auto	Mín. 6,0 Máx. 14,0	3,0	0	7:30	7:30	0,1	0,0	5	6,0	2	6,0	7,0	39
11 nov 2025	Auto	Mín. 6,0 Máx. 14,0	3,0	0	6:48	6:48	1,6	0,3	5	6,0	2	6,0	10,0	31
12 nov 2025	Auto	Mín. 6,0 Máx. 14,0	3,0	0	7:06	7:06	0,0	0,0	6	6,0	2	6,0	6,0	27
13 nov 2025	Auto	Mín. 6,0 Máx. 14,0	3,0	0	7:18	7:18	2,0	0,2	9	6,0	2	6,0	12,5	30
14 nov 2025	Auto	Mín. 6,0 Máx. 14,0	3,0	0	8:12	8:12	0,2	0,1	8	6,0	2	6,0	6,0	24
15 nov 2025	Auto	Mín. 6,0 Máx. 14,0	3,0	0	7:54	7:54	0,1	0,1	6	6,0	2	6,0	6,0	37
16 nov 2025	Auto	Mín. 6,0 Máx. 14,0	3,0	0	7:06	7:06	0,1	0,1	3	6,0	2	6,0	6,0	39
17 nov 2025	Auto	Mín. 6,0 Máx. 14,0	3,0	0	7:12	7:12	4,6	0,1	10	6,0	2	8,0	13,0	41
18 nov 2025	Auto	Mín. 6,0 Máx. 14,0	3,0	0	6:42	6:42	1,4	0,6	4	6,0	2	6,0	7,0	31
19 nov 2025	Auto	Mín. 6,0 Máx. 14,0	3,0	0	9:06	9:06	1,9	0,1	5	6,0	2	7,0	14,0	43
20 nov 2025	Auto	Mín. 6,0 Máx. 14,0	3,0	0	6:42	6:42	1,2	0,1	5	6,0	2	6,0	8,0	38
21 nov 2025	Auto	Mín. 6,0 Máx. 14,0	3,0	0	9:00	9:00	2,9	0,7	14	6,0	2	7,0	13,0	40
22 nov 2025	Auto	Mín. 6,0 Máx. 14,0	3,0	0	8:00	8:00	0,0	0,0	5	6,0	2	6,0	6,0	41
23 nov 2025	Auto	Mín. 6,0 Máx. 14,0	3,0	0	7:06	7:06	0,4	0,3	3	6,0	2	6,0	7,0	41
24 nov 2025	Auto	Mín. 6,0 Máx. 14,0	3,0	0	7:24	7:24	2,1	0,3	9	6,0	2	7,0	10,0	40
25 nov 2025	Auto	Mín. 6,0 Máx. 14,0	3,0	0	7:12	7:12	0,2	0,0	6	6,0	2	6,0	7,0	30
26 nov 2025	Auto	Mín. 6,0 Máx. 14,0	3,0	0	7:30	7:30	0,6	0,3	7	6,0	2	6,0	7,0	36
27 nov 2025	Auto	Mín. 6,0 Máx. 14,0	3,0	0	6:36	6:36	0,5	0,2	2	6,0	2	6,0	6,0	24
28 nov 2025	Auto	Mín. 6,0 Máx. 14,0	3,0	0	8:48	8:48	0,2	0,0	8	6,0	2	6,0	7,0	40
29 nov 2025	Auto	Mín. 6,0 Máx. 14,0	3,0	0	9:00	9:00	0,2	0,1	5	6,0	2	6,0	7,0	37
30 nov 2025	Auto	Mín. 6,0 Máx. 14,0	3,0	0	7:12	7:12	0,8	0,6	5	6,0	2	6,0	8,0	36