


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		02/12/2025 - 07/12/2025
Dias de utilização	6/6 dias (100%)	
>= 4 horas	6 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	44 horas 25 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 24 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 24 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 24 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 07/12/2025)	2,278 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882350
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.7	Percentil 95.º: 7.9	Máximo: 7.9	
Fugas — l/min	Mediana: 1.4	Percentil 95.º: 15.0	Máximo: 77.0	
Eventos por hora	IA: 2.5	IH: 0.5	IAH: 3.0	
Índice de apneia	Central: 0.5	Obstrutiva: 0.8	Desconhecid	1.2
Índice RERA	0.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882350


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

