


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		06/01/2026 - 27/01/2026
Dias de utilização	22/22 dias (100%)	
>= 4 horas	22 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	152 horas 56 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 57 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 57 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 10 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 27/01/2026)	2,616 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882350
Modo	CPAP
Pressão definida	6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.8	Percentil 95.º: 8.8	Máximo: 80.7	
Eventos por hora	IA: 0.8	IH: 0.3	IAH: 1.1	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.4
Índice RERA	0.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882350

Utilização (horas)


Dias de utilização **22/22 (100 %)**
>= 4 horas dias **22 (100 %)**
< 4 horas dias **0 (0 %)**
Dias sem utilização **0 (0 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **7,0 h**



Fuga (l/min)


Limite definido **24,0 L/min**
Máximo (méd.) **80,7**
% 95.º (méd.) **8,8**
Mediana (méd.) **0,8**



Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**
Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Pressão definida **6,0**



IAH (eventos/hora)

IAH **1.1**
IH **0.3**
IA **0.8**
IAC **0.3**
IAO **0.1**
IAD **0.4**
RERA **0.0**
%RCS (méd.) **0.0**

