


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		31/03/2026 - 13/04/2026
Dias de utilização	14/14 dias (100%)	
>= 4 horas	13 dias (93%)	
< 4 horas	1 dias (7%)	
Horas de utilização	91 horas 8 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 31 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 31 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 28 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 13/04/2026)	895 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22242260584
Modo	CPAP
Pressão definida	7.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 1.3	Percentil 95.º: 18.3	Máximo: 27.9	
Eventos por hora	IA: 1.3	IH: 0.6	IAH: 1.9	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 1.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.7			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22242260584

Utilização (horas)


Dias de utilização **14/14 (100 %)**
>= 4 horas dias **13 (93 %)**
< 4 horas dias **1 (7 %)**
Dias sem utilização **0 (0 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **6,5 h**



Fuga (l/min)


Limite definido **24,0 L/min**
Máximo (méd.) **27,9**
% 95.º (méd.) **18,3**
Mediana (méd.) **1,3**



Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**
Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Pressão definida **7,4**



IAH (eventos/hora)

IAH **1.9**
IH **0.6**
IA **1.3**
IAC **0.3**
IAO **1.0**
IAD **0.0**
RERA **0.6**
%RCS (méd.) **0.0**

