


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		01/03/2026 - 30/03/2026
Dias de utilização	29/30 dias (97%)	
>= 4 horas	27 dias (90%)	
< 4 horas	2 dias (7%)	
Horas de utilização	195 horas 6 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 30 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 44 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 47 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 30/03/2026)	4,904 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222292587
Modo	CPAP
Pressão definida	11.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 9.4	Máximo: 21.4	
Eventos por hora	IA: 3.2	IH: 0.3	IAH: 3.5	
Índice de apneia	Central: 1.3	Obstrutiva: 1.8	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222292587


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

