


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		29/11/2025 - 04/12/2025
Dias de utilização	6/6 dias (100%)	
>= 4 horas	6 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	49 horas 47 minutos	
Utilização média (total de dias)	8 horas 18 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	8 horas 18 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 4 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 04/12/2025)	4,147 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222292587
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	13 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 11.1	Percentil 95.º: 12.8	Máximo: 13.0	
Fugas — l/min	Mediana: 0.2	Percentil 95.º: 0.6	Máximo: 3.2	
Eventos por hora	IA: 7.2	IH: 0.5	IAH: 7.7	
Índice de apneia	Central: 1.9	Obstrutiva: 5.2	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.6			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222292587


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

