

Perfil do paciente

Informação do paciente

Nome do paciente: Sra. RACHEL NEVES BARBOSA CARRILLO
Identificação do paciente:
ID de referência:
Data de Nascimento: 11 novembro 1979 Idade: 46
Sexo: Feminino

Informações de contacto

Endereço:
Números de telefone:
Correio electrónico:

Seguro

Seguradora: Número de sócio: Sócio desde: 01/12/2025

Médico

Médico assistente: Centro de saúde:
Médico que encaminhou o paciente: Centro de saúde:

Informação de equipamento

Gerador de fluxo:	Número de série do gerador de fluxo:	Proprietário: Sim
	Versão de software do gerador de fluxo:	
Humidificador:	Número de série do humidificador:	Proprietário: Sim
Módulo de dados:	Número de série do módulo de dados:	Proprietário: Sim
	Versão de software do módulo de dados:	
Máscara:		
Cartão de dados: Não		

Estatísticas


01/12/2025 - 18/12/2025		Dispositivo: AirSense 10 AutoSet (S/N: 22191782848)	
Parâmetros do dispositivo			
Modo de terapia: AutoSet	APE: RAMP_ONLY	Nível APE: 1,0 cmH20	
Activar APE: ON	Activação paciente APE: ON	Activação subida: OFF	
Tempo de rampa: 5,0 Minutos	Acesso: LIGADO	Resposta: STANDARD	
Pressão mínima: 4,0 cmH20	Pressão máxima: 8,0 cmH20		
Pressão - cmH20			
Mediana: 6,0	Percentil 95: 7,8	Máximo/a: 7,9	
Fuga - l/min			
Mediana: 0,0	Percentil 95: 1,2	Máximo/a: 14,4	
Índices respiratórios - eventos/hora			
Índice de apneia: 1,0	Índice de hipopneia: 1,3	AHI: 2,3	
Obstrutiva: 0,8	Central: 0,1	Desconhecida: 0,0	
Índice RERA: 0,5	% tempo em CSR: 0,0		
Utilização Total			
Dias de Uso >= 4 horas : 12	Dias de Uso < 4 horas : 3	% Dias de Uso >= 4 horas : 66	
Dias de não utilização: 3	Totalidade de dias: 18	Horas de utilização: 100:59	
Mediana do uso diário: 7:38	Média de uso diário: 5:36		

Estatísticas de oximetria

Gráficos em sumário

01/12/2025 - 18/12/2025

Dispositivo: AirSense 10 AutoSet (S/N: 22191782848)



Utilização total e Cheyne-Stokes

