


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		09/11/2025 - 08/12/2025
Dias de utilização	29/30 dias (97%)	
>= 4 horas	29 dias (97%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	219 horas 2 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 18 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 33 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 39 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 08/12/2025)	6,008 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221830366
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	7 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.4	Percentil 95.º: 6.9	Máximo: 7.0	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 3.6	Máximo: 8.8	
Eventos por hora	IA: 0.7	IH: 0.7	IAH: 1.4	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.4	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221830366

Utilização (horas)

Dias de utilização **29/30 (97 %)**
>= 4 horas dias **29 (97 %)**
< 4 horas dias **0 (0 %)**
Dias sem utilização **1 (3 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **7,6 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **8,8**
% 95.º (méd.) **3,6**
Mediana (méd.) **0,0**




Pressão (cmH2O)

Modo **AutoSet**
Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Definir pressão máx. **7,0**
Definir pressão mín. **5,0**

Máximo (méd.) **7,0**
% 95.º (méd.) **6,9**
Mediana (méd.) **6,4**



IAH (eventos/hora)

IAH **1.4**
IH **0.7**
IA **0.7**
IAC **0.3**
IAO **0.4**
IAD **0.0**
RERA **0.1**
%RCS (méd.) **0.0**

