


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		12/11/2025 - 11/12/2025
Dias de utilização	26/30 dias (87%)	
>= 4 horas	12 dias (40%)	
< 4 horas	14 dias (47%)	
Horas de utilização	92 horas 7 minutos	
Utilização média (total de dias)	3 horas 4 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	3 horas 33 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	3 horas 47 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 11/12/2025)	1,348 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221746180
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.5	Percentil 95.º: 7.4	Máximo: 7.7	
Fugas — l/min	Mediana: 33.3	Percentil 95.º: 78.6	Máximo: 99.3	
Eventos por hora	IA: 4.3	IH: 0.3	IAH: 4.6	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.8	Desconhecid	3.4
Índice RERA	0.9			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221746180


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

