


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		10/01/2026 - 05/02/2026
Dias de utilização	21/27 dias (78%)	
>= 4 horas	17 dias (63%)	
< 4 horas	4 dias (15%)	
Horas de utilização	117 horas 33 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 21 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 36 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 3 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 05/02/2026)	2,892 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221597120
Modo	CPAP
Pressão definida	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 6.0	Máximo: 15.6	
Eventos por hora	IA: 1.2	IH: 1.8	IAH: 3.0	
Índice de apneia	Central: 0.6	Obstrutiva: 0.4	Desconhecid	0.1
Índice RERA	1.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221597120


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

