

Relatório de adesão ao tratamento

Utilização

06/12/2025 - 04/01/2026

Dias de utilização	20/30 dias (67%)
>= 4 horas	12 dias (40%)
< 4 horas	8 dias (27%)
Horas de utilização	91 horas 33 minutos
Utilização média (total de dias)	3 horas 3 minutos
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 35 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 35 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 04/01/2026)	4,481 horas


AirSense 10 AutoSet

Número de série	22221549771
Modo	CPAP
Pressão definida	6.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia

Fugas — l/min	Mediana: 11.6	Percentil 95.º: 40.0	Máximo: 56.9
Eventos por hora	IA: 2.1	IH: 0.6	IAH: 2.7
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.9	Desconhecid 1.0
Índice RERA	3.2		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)		

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221549771


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

