


# Relatório de adesão ao tratamento

| Utilização                                                   |                     | 10/02/2026 - 09/03/2026 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Dias de utilização                                           | 27/28 dias (96%)    |                         |
| >= 4 horas                                                   | 7 dias (25%)        |                         |
| < 4 horas                                                    | 20 dias (71%)       |                         |
| Horas de utilização                                          | 67 horas 32 minutos |                         |
| Utilização média (total de dias)                             | 2 horas 25 minutos  |                         |
| Utilização média (dias de utilização)                        | 2 horas 30 minutos  |                         |
| Utilização mediana (dias de utilização)                      | 2 horas 30 minutos  |                         |
| Total de horas de uso (último reset de valores - 09/03/2026) | 4,658 horas         |                         |

| AirSense 10 AutoSet |              |
|---------------------|--------------|
| Número de série     | 22201153161  |
| Modo                | AutoSet      |
| Pressão mín.        | 8 cmH2O      |
| Pressão máx.        | 12 cmH2O     |
| EPR                 | Apenas rampa |
| Nível de EPR        | 1            |
| Resposta            | Padrão       |

| Terapia                                            |                |                      |              |     |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|-----|
| Pressão — cmH2O                                    | Mediana: 10.7  | Percentil 95.º: 11.6 | Máximo: 11.7 |     |
| Fugas — l/min                                      | Mediana: 7.9   | Percentil 95.º: 18.0 | Máximo: 38.8 |     |
| Eventos por hora                                   | IA: 14.2       | IH: 0.0              | IAH: 14.2    |     |
| Índice de apneia                                   | Central: 0.1   | Obstrutiva: 12.6     | Desconhecid  | 1.5 |
| Índice RERA                                        | 0.4            |                      |              |     |
| Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite) | 0 minutos (0%) |                      |              |     |

## Horas de utilização




# Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22201153161


## Utilização (horas)



## Fuga (l/min)



## Pressão (cmH2O)



## IAH (eventos/hora)

