


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		28/12/2025 - 26/01/2026
Dias de utilização	28/30 dias (93%)	
>= 4 horas	6 dias (20%)	
< 4 horas	22 dias (73%)	
Horas de utilização	71 horas 47 minutos	
Utilização média (total de dias)	2 horas 24 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	2 horas 34 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	2 horas 25 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 26/01/2026)	4,553 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22201153161
Modo	AutoSet
Pressão mín.	8 cmH2O
Pressão máx.	12 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 10.4	Percentil 95.º: 11.6	Máximo: 11.7	
Fugas — l/min	Mediana: 19.3	Percentil 95.º: 34.7	Máximo: 60.6	
Eventos por hora	IA: 20.0	IH: 0.1	IAH: 20.1	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 15.1	Desconhecid	4.8
Índice RERA	0.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22201153161


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

