


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		16/12/2025 - 28/12/2025
Dias de utilização	13/13 dias (100%)	
>= 4 horas	7 dias (54%)	
< 4 horas	6 dias (46%)	
Horas de utilização	53 horas 48 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 8 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 8 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 43 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 28/12/2025)	4,483 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22201153161
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Padrão

Terapia						
Pressão — cmH2O	Mediana:	8.6	Percentil 95.º:	9.9	Máximo:	10.0
Fugas — l/min	Mediana:	18.2	Percentil 95.º:	33.0	Máximo:	56.2
Eventos por hora	IA:	8.8	IH:	0.0	IAH:	8.8
Índice de apneia	Central:	0.3	Obstrutiva:	4.1	Desconhecid	4.3
Índice RERA						1.1
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)					0 minutos (0%)	

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22201153161


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

