


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		11/12/2025 - 17/12/2025
Dias de utilização	7/7 dias (100%)	
>= 4 horas	7 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	55 horas 0 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 51 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 51 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 5 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 17/12/2025)	2,096 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882368
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.2	Percentil 95.º: 9.5	Máximo: 9.9	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 0.2	Máximo: 5.8	
Eventos por hora	IA: 1.0	IH: 0.7	IAH: 1.7	
Índice de apneia	Central: 0.5	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882368

Utilização (horas)

Dias de utilização **7/7 (100 %)**
>= 4 horas dias **7 (100 %)**
< 4 horas dias **0 (0 %)**
Dias sem utilização **0 (0 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **7,9 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **5,8**
% 95.º (méd.) **0,2**
Mediana (méd.) **0,0**




Pressão (cmH2O)

Modo **AutoSet**
Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Definir pressão máx. **10,0**
Definir pressão mín. **4,0**

Máximo (méd.) **9,9**
% 95.º (méd.) **9,5**
Mediana (méd.) **7,2**



IAH (eventos/hora)

IAH **1.7**
IH **0.7**
IA **1.0**
IAC **0.5**
IAO **0.3**
IAD **0.0**
RERA **0.2**
%RCS (méd.) **0.0**

