


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		09/12/2025 - 07/01/2026
Dias de utilização	14/30 dias (47%)	
>= 4 horas	6 dias (20%)	
< 4 horas	8 dias (27%)	
Horas de utilização	57 horas 44 minutos	
Utilização média (total de dias)	1 horas 55 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 7 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	3 horas 54 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 07/01/2026)	4,463 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22191750992
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 5.1	Percentil 95.º: 7.0	Máximo: 8.3	
Fugas — l/min	Mediana: 19.5	Percentil 95.º: 35.9	Máximo: 48.3	
Eventos por hora	IA: 1.2	IH: 0.1	IAH: 1.3	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.4	Desconhecid	0.7
Índice RERA	0.6			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22191750992

Utilização (horas)

Dias de utilização **14/30 (47 %)**
>= 4 horas dias **6 (20 %)**
< 4 horas dias **8 (27 %)**
Dias sem utilização **15 (50 %)**
Dias sem dados **1 (3 %)**


Utilização/dia (méd.) **4,1 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **48,3**
% 95.º (méd.) **35,9**
Mediana (méd.) **19,5**




Pressão (cmH2O)

Modo **AutoSet**
Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Definir pressão máx. **8,0**
Definir pressão mín. **4,0**

Máximo (méd.) **8,3**
% 95.º (méd.) **7,0**
Mediana (méd.) **5,1**



IAH (eventos/hora)

IAH **1.3**
IH **0.1**
IA **1.2**
IAC **0.0**
IAO **0.4**
IAD **0.7**
RERA **0.6**
%RCS (méd.) **0.0**

