

07/04/03

EDNEIA RAMOS TOLEDO

MEDICAMENTOS:

SINTOMAS/QUEIXAS

BANHEIRO

HORA QUE ACORDA

HORA QUE DORME

PRÁTICA EXERCÍCIO

HORARIO DAS REFEIÇÕES

CAFE:

ALMOÇO:

LANCHE:

JANTA:

02/06 P= 11.8

22 IAH= 6.8

M. de uso: 6hrs

Fazer exerc. físico

fua

P= 11.8 cmH₂O

IAH= 6.8

M. de uso: 6hrs

ajusto o CPAP do sig

Florianópolis

fua

08/02 P= 11.8 cmH₂O

23 IAH= 3.0

M. de uso: 7h47

21/12 P= 11.8 cmH₂O

23 IAH= 1.4

M. de uso: 6hrs

fua.

22/04 P= 10 cmH₂O

24 IAH= 1.4 elev

M. de uso: 6hrs

↓ ajustei a máscara

fua

03/06 P= 10 cmH₂O

24 IAH= 0.6 elev

M. de uso: 6:30'

fuga= 28.8 lpm

Bem adaptado,
relata parulso06/09 P= 9 cmH₂O

24 IAH= 1.8 elev

M. de uso: 6h42'

Bem adaptado

fua

27/09 Relato ↑ de fluxo mas n houve esco
22 de ar importante.

fua

11/11 P= 8.1

24 IAH= 1.5 elev

M. de uso: 6hrs

Bem adapt.

fua.

07/02 P= 8.1 / IAH= 0.7

25 troco o fixador alático

fua

31/03 P=9.0

25

M. de uso = 7h

IAH = 1.7 elev

troquei o fixador

flua

25/06
25

P=9.0 cmH₂O

IAH = 5.1 elev

M. de uso: 7h15'

fuga = 5 lpu.

flua