

|                 |                                                            |              |                                  |                       |                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Data de nasc:   | 07/01/1978                                                 | Organização: | FARIA E MATOS COMERCIO DE...     | Intervalo de datas:   | 12/12/2025 - 22/12/2025 |
| Referência:     |                                                            | Morada:      | RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA  | Data de configuração: | 03/03/2023              |
| ID do paciente: | THIAGO ANDREC. L....                                       |              | São José dos Campos, SP 12243690 | Máscara:              |                         |
| Telefone:       |                                                            |              |                                  | App vinculado:        |                         |
| Telefone:       |                                                            |              |                                  |                       |                         |
| Dispositivos:   | DreamStation Auto CPAP V1.1.1.2860 (500X110) J19796239A355 |              |                                  |                       |                         |

## Equipa de cuidados médicos

|                    |                           |                                               |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| MATOS E FARIA, ANA | FARIA E MATOS COMERCIO DE | RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos |
| CLAUDIA            | EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD  | Campos - SP, 12243690, BRA                    |

## Informações de aderência à terapêutica 12/12/2025 - 22/12/2025

**A-Flex™**

## Resumo de aderência à terapêutica

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Intervalo de datas                      | 12/12/2025 - 22/12/2025 (11 dias)   |
| Dias com uso do aparelho                | 11 dias                             |
| Dias sem uso do aparelho                | 0 dias                              |
| Porcentagem de dias com uso do aparelho | 100,0%                              |
| Uso acumulado                           | 3 dias 10horas. 9 min. 38 segundos. |
| Uso máximo (1 dia)                      | 9horas. 17 min. 4 segundos.         |
| Média de uso (todos os dias)            | 7horas. 28 min. 8 segundos.         |
| Média de uso (dias de uso)              | 7horas. 28 min. 8 segundos.         |
| Uso mínimo (1 dia)                      | 5horas. 18 min. 47 segundos.        |
| Porcentagem de dias com uso >= 4 horas  | 100,0%                              |
| Porcentagem de dias com uso < 4 horas   | 0,0%                                |
| Tempo total com soprador                | 3 dias 10horas. 9 min. 58 segundos. |

## Resumo de Auto-CPAP

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Pressão média de Auto-CPAP                 | 6,6 cmH2O    |
| Média de pico de pressão de Auto-CPAP      | 10,0 cmH2O   |
| De pressão do aparelho <= 90% do tempo     | 7,7 cmH2O    |
| Média do tempo em vazamento grande por dia | 38 segundos. |
| Média de IAH                               | 1,6          |


## Definições do Dispositivo a partir de 22/12/2025

Modo do aparelho AutoCPAP - A-Flex

## Configurações do dispositivo

| Parâmetro                                        | Valor                  |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Pressão mín.                                     | 6 cmH <sub>2</sub> O   |
| Pressão máx.                                     | 10 cmH <sub>2</sub> O  |
| Configuração A-Flex                              | 1                      |
| Desativação automática                           | Ativado                |
| Ativação automática                              | Ativado                |
| Exibir telas opcionais                           | Ativado                |
| Tipo de rampa                                    | Linear                 |
| Tempo de rampa                                   | 30 minutos             |
| Pressão inicial de rampa                         | 4,0 cmH <sub>2</sub> O |
| Resistência da máscara                           | 1                      |
| Trava da resistência da máscara                  | Desativado             |
| Tipo de tubo                                     | 22                     |
| Trava do tipo de tubo                            | Desativado             |
| Opti-Start                                       | Ativado                |
| EZ-Start                                         | Desativado             |
| Temperatura do tubo                              | 3                      |
| Umidificador                                     | 3                      |
| Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido | Adaptável              |

## Horas de uso



## Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

