



Clínica

DR. ALBERTO REMESAR

Psiquiatria do bem-estar

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Psiquiatria pela UFRJ

Mestre em Psiquiatria pela UFRJ

Doutor em Ciências pela UNIFESP

Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono

CRM 69.730 - RQE 40.178

LAUDO DO EXAME DO SONO COM O APNEALINK – AIR VIEW (RESMED®)

NOME: Vanor Jardim Zambroni Júnior

SOLICITADO POR: Dra. Ana Cláudia Matos e Faria

DATA: 05/12/2025

IDADE: 70 anos

Comentários:

O exame foi realizado com o ApneaLink Air em domicílio durante uma noite. O exame foi gravado durante 7h44min, com duração do registro do fluxo durante 5h46min e a avaliação da saturação de O₂ durante 7h33min.

O **índice de eventos respiratórios/apneia/hipopneia (IER/IAH)** foi de 21,8/hora, sendo 9,7 apneia/hora e 12,1 hipopneia/hora.

O **índice de dessaturação de oxigênio (IDO)** foi 23 (o IDO considerado normal é menor que 5). A **saturação basal da oxi-hemoglobina** foi de 96%, sendo a **média** de 94% e a **mínima** de 65%.

As **frequências cardíacas** foram: **mínima**: 40; **máxima**: 82 bpm.

Proporção de períodos de **respiração de Cheyne-Stokes (RCS ou CRS em inglês)**: 0% (o valor normal é 0%).

CONCLUSÃO:

Registro de aumento moderado do **índice de eventos respiratórios/apneia-hipopneia** (21,8/hora; índice moderado: 15 a 30/hora) e de dessaturações acentuadas da oxi-hemoglobina (**índice de dessaturação de oxigênio**: 23) – não há clara associação entre a posição durante o sono e os episódios de dessaturação acentuada da oxi-hemoglobina.

Registraram-se 3878 episódios respiratórios, sendo 11,2 a média por minuto.

Registro de eventos de ronco durante o exame. Registraram-se 1517 eventos de ronco (263 eventos de ronco por hora de sono; considere o tempo de registro de fluxo).

Sem registro de respiração de Cheyne-Stokes (0% do tempo).

Alberto Jorge Remesar Lopez

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez

CRM 69730 – RQE 40178

Avenida Dr. João Guilhermino, 474 - salas 51 e 52

Edifício Office Tower - Centro - São José dos Campos

Tel: (12) 3913-2162 / (12) 3941-2449 / (12) 99622-8008


Relatório de diagnóstico

Detalhes da gravação				05/12/2025
Dispositivo	ApneaLink Air			Tipo: III
Gravação	Início: 9:48pm	Fim: 5:32am	Duração - h:	7:44
Tempo monitor. (fluxo)	Início: 9:58pm	Fim: 5:27am	Duração - h:	5:46
Avaliação saturação O2	Início: 9:58pm	Fim: 5:32am	Duração - h:	7:33
Estatísticas				
				
Índice de eventos	IER (IAH): 21.8	IA: 9.7	IH: 12.1	
Supina	Tempo - h: 2:17	Porcentagem: 39.8		
	IER (IAH): 24.8	IA: 13.5	IH: 11.3	
Não-supina	Tempo - h: 3:27	Porcentagem: 59.8		
	IER (IAH): 20.0	IA: 7.2	IH: 12.7	
Em pé	Tempo - h: 0:01	Porcentagem: 0.4		
	IER (IAH): 0.0	IA: 0.0	IH: 0.0	
Eventos totais	Apneias: 56	Hipopneias: 70		
AI	Obstrutiva: 9.7	Central: 0.0	Mista: 0.0	Não classificado: 0.0
Resp. Cheyne-Stokes	Tempo - h: 0:00	Porcentagem: 0		
Dessaturação de oxigênio	IDO: 23.0	Total: 174		
% Saturação de oxigênio	Valor inicial: 96	Média: 94	Mais baixo: 65	
Satur. O2 - %tempo aval.	Sat. <=90%: 5	Sat. <=85%: 1	Sat. <=80%: 1	
	Sat. <=88%: 3	Tempo <=88%-h: 0:11		
Respirações	Total: 3878	Média/minuto: 11.2	Ronco: 1517	
Pulso - bpm	Mín.: 40	Média: 59	Máx.: 82	

Orient. análises: **AASM 2012, Classificação automática**

Apneia[10%; 10 s; 80 s; 1,0 s; 20%; 60%; 8%]; Hipopneia[70%; 10 s; 100 s; 1,0 s]; Ronco[6,0%; 0,3 s, 3,5 s; 0,5 s]; Dessaturação [3,0%]; RCS[0,5]. Sensor Airflow e sensor de esforço respiratório: transdutor de pressão. As hipopneias foram classificadas apenas se tiver havido dados de oximetria válidos.


Gráficos



Saturação de

(%)

Valor inicial **96**
Média **94**
Mais baixo **65**



Pulso (bpm)

Min. **40**
Média **59**
Máx. **82**

