


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		10/01/2026 - 28/01/2026
Dias de utilização	16/19 dias (84%)	
>= 4 horas	11 dias (58%)	
< 4 horas	5 dias (26%)	
Horas de utilização	82 horas 33 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 21 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 10 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 3 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 28/01/2026)	5,060 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221801729
Modo	CPAP
Pressão definida	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.5	Percentil 95.º: 11.0	Máximo: 17.8	
Eventos por hora	IA: 1.0	IH: 0.2	IAH: 1.2	
Índice de apneia	Central: 0.6	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221801729


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

